



Scandurra S.r.l.
www.scandurrasrl.com



Via Ugo Foscolo,1-98027
Roccalumera (Me)
Tel. **0942 680737**
Fax.0942-745096

info@scandurrasrl.com
c.f.P.iva 02591870833
C.C.I.A.A. (Me) rea 180382
Cap.Soc. 10.000 € Int.Vers.

**Produzione-Vendita-Noleggjo-Assistenza-apparecchiature
elettromedicali-elettronici**

OPHTALMOLOGIA-OPTOMETRIA-CHIRURGIA ESTETICA-LASER CHRURGICI-LASER ECCIMERI

Roccalumera: 2013

Dichiarazione di conformita'

**La sottoscritta societa' Scandurra SRL
Con sede in via Foscolo,1 - Roccalumera (ME)**

DICHIARA

Sotto la propria responsabilita' che l'apparecchiatura Ottotipo Led ultraslim produzione Scandurra Srl rientra nella direttiva 93/42/cee (direttiva concernente i dispositivi medici) in conformita' all'art.1 comma2 punto a) e b). In riferimento all'articolo 11 comma5 e allegato IX sez III regola 1 della direttiva 93/42/cee, il prodotto e' di classe I

Tipo: alimentatore a bassa tensione
Campo di utilizzo: determinazione acutezza visiva
Modelli : BASIC, REMOTE, REMOTE-ROOM

L'apparecchiatura e' un accessorio di utilizzo da parte di personale medico per la determinazione dell'acutezza visiva.

LUX DA 0 A 1500 REGOLABILI MANUALMENTE
SI CONSIGLIA IL SETTAGGIO DEI LUX DA 400 A 600 COME PARAMETRI STANDARD DI OFTALMOLOGIA

IL prodotto deve essere applicato ad un impianto idoneo ai locali adibiti ad uso medico e alimentato con tensione di rete standardizzata per la comunita' Europea .

Nella costruzione dell'apparecchiatura sono stati soddisfatti anche i requisiti delle direttive:

89/336/cee direttive sulla compatibilita' elettromagnetica
73/23/cee direttive bassa tensione

L'AMMINISTRATORE UNICO
Responsabile tecnio certificato C.C.I.A. di Messina

Scandurra S.r.l.
Amministratore Unico
Scandurra Giovanni